

APAVE Certification
6 rue du Général Audran
92414 COURBEVOIE Cedex

HMS - VILGO 243 rue Salvador Allende 59120 LOOS LEZ LILLE

DOCUMENT DE SYNTHESE – EURO 3000 EVALUATION DE CONFORMITE DE PRODUIT

1. PORTEE DE CE DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport APAVE n° 220917ACE qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés pour vérifier les dossiers techniques constitués par HMS VILGO. Les lits médicaux sont testés par HMS VILGO sur le site de Loos, audité en septembre 2022.

2. PRODUIT CONCERNE CARACTERISTIQUES SPECIFIEES

Dénomination : Lits médicalisés pour

adultes

Désignation : Gamme Euro 3000

Marque/type : HMS - VILGO

Modèle : Euro 3000 ; 3001 ; 3002 ;

3500; 3502

P max patient: 135kg

Environnements 2, 3, 4 et 5

d'application

Tension: 230 V

puissance/courant 185 W

fréquence : 50 Hz

Indice de protection IP66

3. OBJECTIF DE LA MISSION (la portée est décrite dans notre rapport)

Évaluation de la conformité du produit et de son dossier technique aux documents suivants :

- ⇒ Norme NF EN 60601-2-52 édition 1, appliquée avec la norme NF EN 60601-1 édition 3,
- ⇒ Norme NF EN 60601-1-2 édition 3,
- ⇒ Norme NF EN 60601-1-11 édition 1.

4. CONCLUSION DU RAPPORT

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions du document de référence.

Fait à Tassin le : 30/09/2022 Responsable Certification Produits

Limite de validité de ce document : 09/2027

Xavier SCHMITT

Ce document n'est pas un rapport établi au titre d'un Organisme Notifié, il est une synthèse de la mission réalisée par l'APAVE et seul le rapport complet peut-être utilisé comme référence. Il ne se substitue pas à la déclaration de conformité que le constructeur doit établir pour la mise sur le marché de l'UNION EUROPEENNE et ne peut pas être utilisé comme moyen de garantie de la conformité au type de l'ensemble de la production. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.