

DOCUMENT DE SYNTHÈSE – EURO 9000
EVALUATION DE CONFORMITE DE PRODUIT

1. PORTEE DE CE DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport APAVE n° 6422931 qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés sur le produit (ce document remplace le document précédent du 20/02/2017 – durée de validité revue à 5ans).

2. PRODUIT CONCERNE CARACTERISTIQUES SPECIFIEES

- | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| • Dénomination : | Lits médicalisés pour adultes | • Environnements d'application : | 2, 3, 4 et 5 |
| • Désignation : | Gamme Euro 9000 | • Tension : | 230 V |
| • Marque/type : | HMS - VILGO | • puissance/courant : | 185 W |
| • Modèle : | Euro 9000 ; 9002 ; 9200 ; 9702 | • fréquence : | 50 Hz |
| • P max patient: | 135kg | • Indice de protection : | IP66 |

3. OBJECTIF DE LA MISSION (la portée est décrite dans notre rapport)

Évaluation de la conformité du produit et de son dossier technique aux documents suivants :
⇒ Norme NF EN 60601-2-52 édition 1, appliquée avec la norme NF EN 60601-1 édition 3,
⇒ Norme NF EN 60601-1-2 édition 3,
⇒ Norme NF EN 60601-1-11 édition 1.

4. CONCLUSION DU RAPPORT

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions du document de référence.

Fait à Tassin le : 14/02/2018

Limite de validité de ce document : 02/2022

Le responsable du laboratoire
Essais sur Produits

Document original immatériel



Xavier SCHMITT

Ce document n'est pas un rapport établi au titre d'un Organisme Notifié, il est une synthèse de la mission réalisée par l'APAVE et seul le rapport complet peut-être utilisé comme référence. Il ne se substitue pas à la déclaration de conformité que le constructeur doit établir pour la mise sur le marché de l'UNION EUROPEENNE et ne peut pas être utilisé comme moyen de garantie de la conformité au type de l'ensemble de la production.
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.