

Type de produits : Lit médicalisé

Modèles : Gamme euro 9000

Référence : EURO 9000 / EURO 9002 / EURO 9200 / EURO 9300/ EURO 9502 et EURO 9702

Nous, HMS-VILGO

Parc Eurasanté -243, Rue Salvador Allendé 59120 Loos Lez Lille, déclarons que les produits suivants sont conformes à la législation d'harmonisation de l'union Européen applicable en suivant les directives et les normes harmonisées :

Exigences particulières pour la sécurité de base et des performances essentielles des lits médicaux :

Directive : N° 93/42/CEE du 14/06/1993
Norme (s) Standard (s) : NF EN 60601-2-52 édition 1, appliquée avec la norme NF EN 60 601- édition 3, NF EN 60601-1-2 édition 3, NF EN 60601-1-11 édition 1
Evaluation APAVE : Rapport N° 6422931

Sécurité et basse tension :

Directive : 2011/65/EU
Norme (s) Standard (s) : IEC 60601-1 2005 / IEC 60601-1 2005 / AMD1 :2005 / EN 60335-1/A13 :2008 / IEC 60335-1/A2 :2006 / EN 62233 :2008 / EN 55014-1 :2006 / EN 55014-2/A2 :2008 / EN 61000-3-2 :2006 / EN 61000-3-3 :2008 / EN 60529/A1 :2001 / IEC 60601-1 /A2 :1995 / EN 60601-1/A2 :1995 / IEC 60601-1 :2005 / EN 60601-1 :2006 / IEC 60601-1-2/A1 :2008 / EN 60601-1-2 :2007 / IEC 60601-2-52 :2009 / EN 60601-2-52 :2007.

Certificat DEWERT : DE 3-40759 / DE 3-40826
Certificat iso 9001 DEWERT : TUV. N° 707072078
Certificat iso 14001 DEWERT : TUV. N° 707072945

HMS / VILGO Iso 9001 versions 2015 : Certificat SGS FR19/81843230.00

Caractéristique :

Type de produit :	Lits médicalisés pour adultes
Classification DM :	classe 1
Poids Patient Max :	135 Kg
Classification Electrique :	classe 1
Source :	100-240Vac, 50/60Hz, 2.5A max.

Loos Lez Lille, le

22 JANVIER 2020

Mr Patrick Jude
Président Directeur Général



hms-vilgo.com

HMS Parc Eurasanté - 243, rue Salvador Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 Fax : +33 (0)3 20 59 58 08